

Ord. Compra: 105295 Cód. Integr: Solicitação: 57367 Solic: CREDEQ | ALMOXARIFADO
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 29/04/2024
Fornecedor: 152511 ULTRAMARKA SOLUCOE - ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ/CPF: 48.191.392/0001-40 Insc Est.:
Endereço: C240 Nr.: 248 Compl.: RUA
Bairro: JARDIM AMERICA Cep: 74275260
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 3520 - 4 Agência: 2274 - Banco: 104
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?:
Celular : 6298523-0001

Comprador: COMPLEXO DE REFERÊNCIA ESTADUAL EM SAÚDE MENTAL
Endereço: AV TANNER DE MELO Nº CNPJ: 02.812.043/0012-50
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA Insc. Est.:
Bairro: FAZENDA SANTO ANTÔNIO Fone/Fax: 3952-5500 -
Responsável: COMPRADOR CREDEQ CEP: 74993551 UF: GO

Sr. Fornecedor: COMPRADOR: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA
CNPJ: 02.812.043/0012-50
ENDEREÇO: AV TANNER DE MELO
CIDADE: APARECIDA DE GOIÂNIA
BAIRRO: FAZENDA SANTO ANTÔNIO
CEP: 74993551
UF: GO
RESPONSÁVEL: COMPRADOR CRESM
TELEFONE: 3952-5506

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

REALIZAR O PAGAMENTO DA SEGUINTE FORMA:

COMUNICAR À CONTRATADA, CASO O PRODUTO/SERVIÇO ESTEJA EM DESACORDO COM A ORDEM DE COMPRA; AVALIAR O FORNECEDOR E TRATAR AS NÃO CONFORMIDADES, CONFORME ROTINA INTERNA.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

ENTREGAR O PRODUTO/SERVIÇO DE ACORDO COM A QUANTIDADE, PREÇO, UNIDADE DE MEDIDA, MARCA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA ORDEM DE COMPRA, NO PRAZO ESTABELECIDO.

NA OCORRÊNCIA DE REJEIÇÃO DA NF, POR DESACORDO COM A ORDEM DE COMPRA, O PRAZO DE PAGAMENTO ESTIPULADO ACIMA, PASSARÁ A SER CONTADO, A PARTIR DA DATA DA SUA REAPRESENTAÇÃO;

ENTREGAR O PRODUTO DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA DAS 08:30 ÀS 16:30H NO LOCAL ESTABELECIDO SEM PAUSA PARA ALMOÇO; INFORMAR NA NOTA FISCAL O NÚMERO DO PROCESSO DE COMPRAS, O NÚMERO DA ORDEM DE COMPRAS E O CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2014 - SES/GO;

INFORMAR NA NOTA FISCAL A DATA PARA PAGAMENTO, CONSIDERANDO A DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, E OS DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO E OU CHAVE PIX DA EMPRESA;

PRESTAR TODOS OS ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS PELA CONTRATANTE, PROVIDENCIANDO A IMEDIATA CORREÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES; O DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS DARÁ AO CONTRATANTE O DIREITO DE CANCELAR UNILATERALMENTE A ORDEM DE COMPRAS, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS PENALIDADES PREVISTAS NO REGULAMENTO DE COMPRAS, INCLUSIVE A SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONTRATAR COM A ABEVIDA POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO.

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA
Período p/ Entrega: 30/04/2024 à 01/05/2024 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi. Unit.	Vi Desc.	%Des	Vi. IMP	Vi Total
78322 - CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO				UNIDADE	1,0000	18.900,0000	0,0000	0,00	0,0000	18.900,00

Especificação: 3 POSIÇÕES DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS POSIÇÃO DE CUSPIR VOLTA A ZERO AUTOMÁTICO CABECEIRA PRESSCLICK BRAÇO DIREITO ESCAMOTEÁVEL CAIXA DE CONEXÕES INCORPORADA COM MANGUEIRAS EMBUTIDAS POSIÇÃO DE EMERGÊNCIA (-5º DO ENCOSTO) ESTOFAMENTO PREMIUM COM MASSAGEADOR ARTICULAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NA LINHA DO

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi.Unit.	Vi Desc.	%Des	Vi. IMP	Vi Total
ACETÁBULO 2 MOTORES BOSCH, ISENTO DE ÓLEO EQUIPO ACOPLADO COM 6 TERMINAIS/EQUIPO ACOPLADO BRAÇO FLEX COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO E SENSOR CAPACITIVO 1 SERINGA TRÍPLICE 2 TERMINAIS PARA ALTA ROTAÇÃO BORDEN 1 TERMINAL PARA BAIXA ROTAÇÃO BORDEN COM REFRIGERAÇÃO POR SPRAY; SISTEMA TOUCH BANDEJA ÚNICA EM INOX PEDAL PROGRESSIVO PARA ACIONAMENTO DAS PONTAS SISTEMA ANTIRREFLUXO, VÁLVULA ANTIRRETRAÇÃO FILTRO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DOS INSTRUMENTOS REFLETOR CONCEPT PLUS LED INTENSIDADE 8.000 A 30.000 LUX ON/OFF NO PEDAL PUXADOR BILATERAL ESPELHO MULTIFACETADO COM PROTEÇÃO FRONTAL TRANSPARENTE DE POLICARBONATO BRAÇO BALANCEADO COM MOLA UNIDADE AUXILIAR REBATÍVEL 90° ACIONAMENTO DA ÁGUA DA CUBA NO PEDAL COM TIMER 2 SUGADORES VENTURI COM Ø6,5MM E Ø9,5MM PARA CÂNULA DESCARTÁVEL CUBA COLOR COM POLÍMERO REMOVÍVEL MOCHO SINCRONIZADO.										

Detalhamento:

68581 - APARELHO DE RAI X ODONTOLÓGICO MOVEL C/ 4 RODÍZIOS				UNIDADE	1,0000	12.900,0000	0,0000	0,00	0,0000	12.900,00
--	--	--	--	---------	--------	-------------	--------	------	--------	-----------

Especificação: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:
 - EQUIPAMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADO À OBTENÇÃO DE RADIOGRAFIAS INTRAORAIS DA DENTIÇÃO DO PACIENTE;
 - APARELHO DE RAI-X APRESENTADO NA VERSÃO COLUNA MÓVEL COM BASE SOBRE QUATRO RODÍZIOS, SENDO DOIS DELES COM FREIOS;
 - DEVE POSSUIR BRAÇOS ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO;
 - DEVE POSSUIR CABEÇOTE COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 300°;
 - DEVE APRESENTAR ESCALA GRADUADA PARA INDICAÇÃO DA ANGULAÇÃO DO CABEÇOTE;
 - USADO COM FILME OU SENSOR DIGITAL;
 - DEVE POSSUIR GERADOR IMERSO EM ÓLEO ISOLANTE ESPECIAL;
 - FILTRAÇÃO TOTAL COM EQUIVALÊNCIA EM ALUMÍNIO MAIOR QUE 2,61 MM;
 - TUNGSTÊNIO COMO MATERIAL ALVO;
 - DIMENSIONADO PARA UM SISTEMA FOCO-PELE DE 200MM;
 - DEVE APRESENTAR DIRECIONADOR CILÍNDRICO CONSTITUÍDO EM MATERIAL RADIOPACO;
 - PONTO FOCAL MÍNIMO DE 0,7 X 0,7 MM;
 - TENSÃO NOMINAL DO TUBO DE 70 KV;
 - CORRENTE DO TUBO ENTRE 7MA E 9 MA;
 - TEMPO DE IRRADIAÇÃO DE 0,06 A 3 SEGUNDOS;
 - CAPACIDADE TÉRMICA DO TUBO DE NO MÍNIMO 4,3 KJ;
 - MÁXIMA TAXA DE DISSIPACÃO TÉRMICA DE NO MÍNIMO 140 W;
 - EIXO DE REFERÊNCIA EM RELAÇÃO AO ANODO DE NO MÍNIMO 16°;
 - ÂNGULO DE ALVO DE NO MÍNIMO 16°;
 - DEVE APRESENTAR PAINEL DE COMANDO COM DISPLAY E SISTEMA DE COMANDO DIGITAL COM CONTROLE DE TEMPO CENTESIMAL, QUE PERMITE A SELEÇÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO;
 - DEVE POSSUIR CONTROLE DISPARADOR REMOTO ELETRÔNICO CONECTADO AO PAINEL DE COMANDO COM CABO DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5 METROS;
 - TECLA DE DISPARO DEVE SER MANTIDA ACIONADA DURANTE TODO O TEMPO DE EXPOSIÇÃO SELECIONADO, QUE SERÁ ACOMPANHADO POR UM LED ACESSO E UM SINAL AUDÍVEL;
 - DEVE APRESENTAR MECANISMO DE BLOQUEIO CONTRA DISPAROS ACIDENTAIS;

Detalhamento:

78384 - BOMBA DE VACU SUCTION ELETRONIC PLUS				UNIDADE	1,0000	4.250,0000	0,0000	0,00	0,0000	4.250,00
---	--	--	--	---------	--------	------------	--------	------	--------	----------

Especificação: SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCARGA DOS RESÍDUOS DIRETAMENTE AO ESGOTO. PRÉ-LAVAGEM AUTOMÁTICA NO FILTRO COLETOR. TURBINA COM DIMENSIONAMENTO PARA ALTO RENDIMENTO. TEMPORIZADOR DE VARREDURA – EXCLUSIVIDADE SCHUSTER: SISTEMA QUE AO COLOCAR O SUCTOR NO SUPORTE DA UNIDADE AUXILIAR, A SUCCÃO PERMANECE POR APROXIMADAMENTE 15 SEGUNDOS A FIM DE LIMPAR TODA A TUBULAÇÃO INTERNA. ESTE DISPOSITIVO PODERÁ SER ATIVADO DURANTE A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO OU POSTERIORMENTE. OUTRAS CARACTERÍSTICAS:

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
<p>TURBINA COMPLETA EM LIGA DE BRONZE. FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA SUÇÃO COM ABERTURA SUPERIOR, EVITANDO O CONTATO COM OS RESÍDUOS, TORNANDO-O PRÁTICO, EFICIENTE E DE FÁCIL LIMPEZA. FILTRO DE ENTRADA DE ÁGUA. PROTETOR TÉRMICO INTERMITENTE, PROTEGE O MOTOR E O CIRCUITO ELETRÔNICO DE QUEDAS DE TENSÃO NA REDE EXTERNA. MOTOR COM EIXO CENTRAL EM INOX. ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>* DIMENSÕES SEM GABINETE: - COMPRIMENTO: 27CM. - LARGURA: 29CM. - ALTURA: 32CM. * DIMENSÕES COM GABINETE: COMPRIMENTO: 30,0CM</p> <p>- LARGURA: 32,7CM. - ALTURA: 37,1CM.</p> <p>FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR EMITTER A FIT UNIDADE = UNIDADE ATIVIDADE = 40 - EQUIPAMENTOS ESPECIE = 65 - EQUIP. ODONTOLÓGICOS CLASSE = 1 - EQUIP. ODONTOLÓGICOS SUBCLASSE = 6 - OUTROS CONTROLA LOTE/VALIDADE: NÃO ESPECIFICAÇÃO CÓDIGO DE REFERENCIA: 102619 FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER A FIT TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO: 5, 10 E 20 SEGUNDOS. COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO. TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO: 300 SEGUNDOS. PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE 6MM. LED INDICATIVO COM BIP SONORO DO TEMPO DECRESCENTE. BIVOLT AUTOMÁTICO 100V - 240V. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. CORPO DA CANETA CONSTITUÍDO EM ABS. PEÇA DE MÃO ANATÔMICA PARA MELHOR MANUSEIO. TEMPO DE USO COM CARGA TOTAL - 120 MINUTOS. SILENCIOSO, POIS NÃO NECESSITA DE VENTILAÇÃO FORÇADA. RADIÔMETRO INTERNO AUTOMÁTICO: CONTROLA ELETRONICAMENTE A POTÊNCIA DE LUZ. PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓPTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ), AUTOCLAVÁVEL A 134°C E COM GIRO DE 360°. SISTEMA STAND BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. REGISTRO ANVISA: 80354800012.</p> <p>INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMPRIMENTO SEM A PONTEIRA: 16,5 CM. PESO DA PEÇA DE MÃO: 0,100 KG. PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 0,438 KG. COMPRIMENTO DE ONDA: 420 A 480 NM. EMISSOR DE LUZ: LED (LIGHT EMITING DIODE) - LUZ AZUL. BATERIA: 3,7 V - 1400 MA. POTÊNCIA DE LUZ: 1250 MW/CM².</p>										

Detalhamento:

78413 - FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR EMITTER A FIT	UNIDADE	1,000	725,0000	0,0000	0,00	0,0000	725,00
---	---------	-------	----------	--------	------	--------	--------

Especificação: CÓDIGO DE REFERENCIA: 102619
 FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER A FIT
 TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO: 5, 10 E 20 SEGUNDOS.
 COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO.
 TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO: 300 SEGUNDOS.
 PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE 6MM.
 LED INDICATIVO COM BIP SONORO DO TEMPO DECRESCENTE.
 BIVOLT AUTOMÁTICO 100V - 240V.
 FREQUÊNCIA: 50/60 HZ.
 CORPO DA CANETA CONSTITUÍDO EM ABS.
 PEÇA DE MÃO ANATÔMICA PARA MELHOR MANUSEIO.
 TEMPO DE USO COM CARGA TOTAL - 120 MINUTOS.
 SILENCIOSO, POIS NÃO NECESSITA DE VENTILAÇÃO FORÇADA.
 RADIÔMETRO INTERNO AUTOMÁTICO: CONTROLA ELETRONICAMENTE A POTÊNCIA DE LUZ.
 PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓPTICA ORIENTADA

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
(SEM FUGA DE LUZ), AUTOCLAVÁVEL A 134°C E COM GIRO DE 360°. SISTEMA STAND BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO. GARANTIA: 12 MESES. REGISTRO ANVISA: 80354800012. INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMPRIMENTO SEM A PONTEIRA: 16,5 CM. PESO DA PEÇA DE MÃO: 0,100 KG. PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 0,438 KG. COMPRIMENTO DE ONDA: 420 A 480 NM. EMISSOR DE LUZ: LED (LIGHT EMITING DIODE) - LUZ AZUL. BATERIA: 3,7 V - 1400 MA. POTÊNCIA DE LUZ: 1250 MW/CM².										

Detalhamento:

53934 - ULTRASSOM ODONTOLOGICO				UNIDADE	1,0000	2.200,0000	0,0000	0,00	0,0000	2.200,00
--------------------------------	--	--	--	---------	--------	------------	--------	------	--------	----------

Especificação: PARA PREVENÇÃO COM ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO CONSTITUÍDO DE CIRCUITO OSCILADOR QUE ENVIA TENSÃO COM FREQUÊNCIA 28 KHZ PARA A PEÇA DE MÃO MONTADA COM QUATRO PASTILHAS DE CERÂMICAS MONTADAS INTERMITENTES UMA A OUTRA E VIBRAÇÃO COM MOVIMENTO LINEAR ANTERO POSTERIOR LONGITUDINAL AO CABO, PEÇA DE MÃO LEVE E ANATÔMICA, CAPA DO TRANSDUTOR REMOVÍVEL E AUTO-CLAVÁVEL, TRÊS TIPOS (PONTAS) DE RASPAGEM AUTO-CLAVÁVEIS, CHAVE SELETORA DE POTÊNCIA EM QUATRO ESTÁGIOS (AMPLITUDE DE VIBRAÇÃO DA PONTA DE 0,05 A 0,1 MM), CIRCUITO ELETRÔNICO COM ESTABILIZADOR DE FREQUÊNCIA COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE 28 KHZ CONSTANTE QUE MANTÉM A VIBRAÇÃO MESMO QUANDO AS OSCILAÇÕES DA TENÇÃO DA REDE, CHAVES AUTO-CLAVÁVEIS PARA TROCA DAS PONTAS COM PROLONGADOR QUE IMPEDE O CONTATO MANUAL COM AS PONTAS ELIMINANDO O RISCO DE FERIMENTOS, MANGUEIRAS LISAS, LEVES E FLEXÍVEIS, CORPO EM POLIURETANO DE SUPERFÍCIE LISA E ALTA DURABILIDADE E FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, PEDAL DE COMANDO DE FORMATO REDONDO COM ACIONAMENTO DE QUALQUER ÂNGULO COM FACILIDADE, FUZÍVEL DE PROTEÇÃO, E JATO DE BICARBONATO COM PEÇA DE MÃO NÃO REMOVÍVEL PARA AUTO-CLAVAGEM, RESERVATÓRIO DE BICARBONATO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, DOIS FILTROS DE AR, MANGUEIRAS LISAS E FLEXÍVEIS.
 LARGURA 30 CM
 COMPRIMENTO 35,5 CM
 ALTURA 23 CM
 POTENCIA 24 VA
 CONSUMO DE AR 10 LITROS /MIN
 TENSÃO 110/127 E 220VZ
 PRESSÃO PRIMÁRIA AR COMPRIMIDO 60 PSI (MIN) AA 80 PSI (MÁX)

Detalhamento:

60438 - COMPRESSOR ODONTOLOGICO 10 BPO 65L 24VOLT				UNIDADE	1,0000	2.000,0000	0,0000	0,00	0,0000	2.000,00
---	--	--	--	---------	--------	------------	--------	------	--------	----------

Especificação: CÓDIGO FABRICANTE 2249.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	40.975,00
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	40.975,00

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
Data 29/04/2024	Data	Data 30/04/2024	Data

Placido
Placido O. Jesus
Comprador Júnior
CRESM

Cleydson
Cleydson Carlos de Lima
Gerente Operacional
CRESM
29/04/24

Salete Maria de Sousa Reis
Superintendente Executiva
CRESM

SUPRI-01-283